



Messgerätehalter und Zwischenstück




Bauart	Messgerätehalter und Zwischenstück nach DIN16281 zur Wandbefestigung
Werkstoffe	siehe Tabelle
Befestigungsart	Wandbefestigung
Anwendungshinweis	Zur Befestigung von Manometern ist das Zwischenstück erforderlich

Messgerätehalter



Ausladung L	Werkstoff	Gewicht [kg]	Typ
60	Aluminium schwarz lackiert	0,15	9094
100	Aluminium schwarz lackiert	0,18	9095
160	Aluminium schwarz lackiert	0,26	9096
100	Edelstahl 1.4571	0,21	9098

Zwischenstück



Anschluss	Werkstoff	Gewicht [kg]	Typ
G1/2"	Messing	0,25	9091
G1/2"	Stahl	0,23	9093
G1/2"	Edelstahl 1.4571	0,23	9099

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten