





Zaporni ventil za manometer Serija MSC04



Konstrukcija	zaporni ventil za manometer z izpusno izvrtino oziroma z preskusno prirobnico
Priključek	čep/vrtljiva spojka G1/4"...G1/2"
Materiali	Ohišje in čep medenina, vrtljivi ročaj Polipropilen
Medij	Nestrupene in nevnetljive tekočine in plini, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Temperatura medija	-10...+50°C
Obratovalni tlak	glej tabelo
Navodilo za uporabo	Manometre je treba priključiti s ploščatimi tesnili po DIN16258.







A	F	L1	L2	S1	maks. obratovalni tlak [bar]	Material	Standard	Preskusna prirobnica	Teža [kg]	Tip
G1/2"	62	87	62	27	25	Medenina	-	-	0,37	MSC04-12-B



A	F	L1	L2	S1	maks. obratovalni tlak [bar]	Material	Standard	Preskusna prirobnica	Teža [kg]	Tip
G1/2"	62	87	36	27	25	Medenina	-	60x25mm	0,49	MSC04-12-B-6



Položaj ročice

			
Odzračevalni položaj	Delovni položaj	izpihovalni položaj	Preskusni položaj
Dovod zaprt Merilnik tlaka izven obratovanja	Dovod odprto Manometer pod tlakom	Dovod odprto Merilnik tlaka izven obratovanja	samo pri pipi s preskusno prirobnico

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema / Dodatki za manometre / Manometrška zaporna pipa serija MSC04

