


Manometer-afsluitkraan Serie MSC05




Constructie	Manometer-afsluitkraan met aftapboring resp. met testflens
Aansluiting	Tappen/Spanbus G1/4"...G1/2"
Materialen	Huis en plug messing resp. Roestvast staal 1.4571, Draaiknop Polypropyleen
Medium	Niet-giftige en niet-brandbare vloeistoffen en gassen, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Mediumtemperatuur	-10...+50°C
Bedrijfsdruk	zie tabel
Toepassingsinstructie	Manometers moeten worden aangesloten met vlakke afdichtingen volgens DIN16258.



A	F	L1	L2	S1	max. Bedrijfsdruk [bar]	Materiaal	Norm	Testflens	Gewicht [kg]	Type
G1/4"	28	55	39	17	6	Messing	DIN16262B	-	0,10	MSC05-14-B
G1/2"	62	79,5	60	27	25	Messing	DIN16261A	-	0,21	MSC05-12-B
G1/2"	60	80	67	27	16	Roestvast staal 1.4571	DIN16261A	-	0,61	MSC05-12-W





A	F	L1	L2	S1	max. Bedrijfsdruk [bar]	Materiaal	Norm	Testflens	Gewicht [kg]	Type
G1/2"	62	80	36	27	25	Messing	DIN16263	60x25mm	0,49	MSC05-12-B-6
G1/2"	60	80	55	27	16	Roestvast staal 1.4571	DIN16263	60x25mm	0,47	MSC05-12-W-6
G1/2"	62	80	36	27	25	Messing	DIN16263	40x5mm	0,46	MSC05-12-B-4

Hendelstand

Ontluchtingsstand	Bedrijfsstand	Uitblaasstand	Testpositie
Toevoerleiding gesloten Drukmeter buiten bedrijf	Toevoerleiding open Drukmeter onder druk	Toevoerleiding open Drukmeter buiten bedrijf	alleen bij kraan met testflens

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden