


Βαλβίδα απομόνωσης μανόμετρου Σειρά MSV03, MSV04, MSV05




Τύπος κατασκευής	Βαλβίδα απομόνωσης μανόμετρου
Σύνδεση	MSV03 G1/2" Πείρος/Σφιγκτική μούφα με πείρο ελέγχου M20x1,5 MSV04 G1/2" Πείρος/περιστρεφόμενος σύνδεσμος με μούφα, Στέλεχος για στήριγμα οργάνων μέτρησης με πείρο δοκιμής M20x1,5 MSV05 G1/2" Πείρος/Σφιγκτική μούφα με φλάντζα δοκιμής 60x25x10
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ορείχαλκος, Χάλυβας 1.0460 ή Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571, Στεγανοποιήσεις βλέπε πίνακα, Χειροτροχός πλαστικός
Μέσο	Υγρά, αέρια και ατμοί, που δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά
Θερμοκρασία μέσου	βλέπε πίνακα
Πίεση λειτουργίας	βλέπε πίνακα
Σημείωση εφαρμογής	Τα μανόμετρα πρέπει να συνδέονται με επίπεδες στεγανοποιήσεις σύμφωνα με DIN16258.
Ειδική εκτέλεση	Θερμοκρασίες μέσου έως +250°C, MSV03 και MSV05 Έγκριση DVGW κατόπιν αιτήματος






A	ØF	L1	L2	S1	μέγ. πίεση λειτουργίας [bar]	Υλικό	Στεγανοποίηση	Πρότυπο	Θερμοκρασία μέσου [°C]	Βάρος [kg]	Τύπος
G1/2"	63	100	100	27	250	Ορείχαλκος	PTFE	DIN16271A	-10...120	0,75	MSV03-12-B
G1/2"	63	100	94	27	400	Χάλυβας	Γραφίτης	DIN16271A	-10...120	0,75	MSV03-12-U1
G1/2"	63	100	94	27	400	Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571	PTFE	DIN16271A	-20...200	0,75	MSV03-12-W



A	ØF	L1	L2	S1	μέγ. πίεση λειτουργίας [bar]	Υλικό	Στεγανοποίηση	Πρότυπο	Θερμοκρασία μέσου [°C]	Βάρος [kg]	Τύπος
G1/2"	63	125	100	27	250	Ορείχαλκος	PTFE	DIN16271B	-10...120	0,65	MSV04-12-B
G1/2"	63	122	94	27	400	Χάλυβας	Γραφίτης	DIN16271B	-10...120	0,65	MSV04-12-U1
G1/2"	63	122	94	27	400	Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571	PTFE	DIN16271B	-20...200	0,65	MSV04-12-W





A	ØF	L1	L2	S1	μέγ. πίεση λειτουργίας [bar]	Υλικό	Στεγανοποίηση	Πρότυπο	Θερμοκρασία μέσου [°C]	Βάρος [kg]	Τύπος
G1/2"	63	100	100	27	250	Ορείχαλκος	PTFE	DIN16271	-10...120	0,73	MSV05-12-B
G1/2"	63	100	94	27	400	Χάλυβας	Γραφίτης	DIN16271	-10...120	0,73	MSV05-12-U1
G1/2"	63	100	94	27	400	Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571	PTFE	DIN16271	-20...200	0,73	MSV05-12-W

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα / Αξεσουάρ μανόμετρου / Βαλβίδα απομόνωσης μανόμετρου Σειρά MSV03

Έκδοση 6

138776 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 3 / 3

